IMPULSE DYNAMICS

Hope is Here

Optimizer Smart

Patiëntenidentificatiekaart

Naam

Achternaam

Telefoonnummer voor noodgevallen:

Ziekenhuis

Technische dienst

Implantatiegegevens

Datum

Serienr. apparaat

RA – geleider

RV – geleider

LS (Local Sense) – geleider

Ziekenhuis – informatie

Naam van ziekenhuis

Contactpersoon

Afdeling

Adres / straat

Adres / postcode / woonplaats

Telefoon

Belangrijke medische informatie

In een spoedgeval kan dit implanteerbare Optimizer Smart-apparaat worden gedeactiveerd door een pacemakermagneet 2 seconden lang op te leggen. Het is nodig het apparaat te programmeren om het apparaat opnieuw te activeren nadat het gedeactiveerd is geweest.

Het apparaat biedt geen stimulatieondersteuning, hoewel het ecg een intermitterende getriggerde (VVT) stimulatie zal vertonen.

In geval van latere aanvullende implantatie van een ICD of pacemaker moet een **overspraaktest worden uitgevoerd** met de Optimizer Smart **ALVORENS DEZE TE ACTIVEREN!**

Alternatief: deactiveer de Optimizer Smart!

Belangrijke medische informatie

Attentie

Bij mij is een pulsgenerator geïmplanteerd voor CCM*-therapie die uw metaaldetectieapparaat kan activeren. Voer bij mij alleen een handmatige detectie uit.

Bij deze patiënt is een pulsgenerator geïmplanteerd. Neem contact op met het ziekenhuis waar de implantatie is uitgevoerd VOORDAT u elektrocaustiek, MRI enz. uitvoert.

*CCM = cardiale-contractiliteitsmodulatie

Part number: 13-270-003-nl Rev02

Attention

I have an implanted pulse generator for CCM* therapy that may activate your metal detection device. Please allow me to pass with a hand- search only.

This patient has an implanted pulse generator. Please contact implanting hospital BEFORE using electro cautery, MRI etc.

*CCM=Cardiac Contractility Modulation

Informatie over positie

1. Apparaat: OPTIMIZER Smart (‘OPT’)

2. Apparaat: PM / 1-Ch ICD / 2-Ch ICD / CRT – P / CRT-D

Firma:_____ Model:_____



– Vermeld ALLE bestaande geïmplanteerde apparaten –

Deze Optimizer Smart kan NIET worden ondervraagd met programmers voor andere ICD’s of pacemakers. Ondervraging met niet-compatibele programmers veroorzaakt DEACTIVERING van de Optimizer Smart!

In geval van onverhoopte deactivering dient u contact op te nemen met het ziekenhuis waar de implantatie is uitgevoerd om de Optimizer Smart te controleren.

Overspraaktest

☐ **Geen overspraak**

Test uitgevoerd tot _____ ms treinvertraging

☐ **Bestaande overspraak**

Geen overspraak tot:

max. _____ ms treinvertraging

max. _____ ms treinstart

bij RV _____ (mV)

Datum Paraaf

Impulse Dynamics Germany GmbH
MAC Main Airport Center | Unterschweinstiege 2-14
60549 Frankfurt am Main, Germany | Tel. +49(0)69 566081300

Patiëntgegevens

– ALTERNATIEF: PATIËNTENSTICKER GEBRUIKEN –

Naam

Achternaam

Adres

Postcode / woonplaats

Telefoon

Contactgegevens familie